



<b>Predmet zákazky:</b>	dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného hybridného zariadenia SPECT/CT a nového, nepoužitého, nerepasovaného zariadenia SPECT, vrátane systému PACS a súvisiacich stavebných prác a služieb
<b>Postup:</b>	verejná súťaž
<b>Označenie v OJ/ VVO:</b>	- oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ (OJ) č. S103, zverejnené v OJ č. 2017/S 103-205216, dátum zverejnenia: 31.05.2017 - oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania číslo 7785-MST zverejnené vo VVO č. 108/2017, dátum zverejnenia: 01.06.2017

## ZÁPISNICA

z obhliadky miesta dodania predmetu zákazky,

ktorá sa uskutočnila dňa 07.06.2017 o 10:00 hod. v priestoroch verejného obstarávateľa – Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Cesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica, Slovenská republika.

Pritomní:

Za záujemcov: podľa prezenčnej listiny

Za verejného obstarávateľa: podľa prezenčnej listiny

Verejný obstarávateľ pristúpil k obhliadke miesta dodania predmetu zákazky v súlade s bodom 6 „Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky“ časti I. kapitoly A. predmetných súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ v súlade s vyššie uvedeným bodom predmetných súťažných podkladov odporúčal záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby sa podrobne oboznámili s miestom uskutočnenia predmetu zákazky, predovšetkým so stavebno-technickým stavom existujúceho objektu.

V súlade s predmetným bodom, výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.

V súlade s bodom 6 časti I. kapitoly A. predmetných súťažných podkladov sa obhliadka miesta dodania predmetu zákazky uskutočnila dňa 07.06.2017 o 10:00 hod..

Obhliadky miesta dodania predmetu zákazky v lehote stanovenej v predmetných súťažných podkladoch sa zúčastnili 2 záujemcovia.

Podkladom pre vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky boli verejným obstarávateľom vypracované predmetné súťažné podklady, vrátane ich príloh.

V rámci predmetnej obhliadky miesta dodania predmetu zákazky boli zo strany záujemcov vnesené nasledujúce otázky:

Otázka č. 1: *Obaja záujemcovia sa dotazovali na hrúbku a zloženie podlahy v miestnostiach, kde budú inštalované zariadenia.*

Odpoveď na otázku č. 1: *Záujemcom bude po dohode elektronicky zaslaná projektová dokumentácia prestavby budovy k ozrejmieniu zloženia podláh.*

Otázka č. 2: *Záujemcovia požiadali o dokumentačné schémy k rozvádzačom HRT 1 a HRT 2 a zaujímali sa o parametre prívodných káblov vedúcich k inštalovaným kamerám.*

Odpoveď na otázku č. 2: *Záujemcom budú po dohode schémy a parametre odoslané na e-maily.*

Otázka č. 3: *Je možné zaslať pôdorys budovy vo formáte dwg, resp. pdf?(Z dôvodu dodávky technológii – príjazdové plochy, šírka dverí,...)*

Odpoveď na otázku č. 3: *Záujemcom budú po dohode pôdorysy zaslané na kontaktné e-maily.*

Otázka č. 4: *Obaja záujemcovia poprosili o parametre a výkon vzduchotechniky (VZT 2) pre vypočítanie dostatočného ochladenia miestností a výmeny vzduchu.*

Odpoveď na otázku č. 4: Po konzultácii s Ing. Mičkaninom budú potrebné informácie zaslané elektronicky.

Otázka č. 5: *Zástupca firmy Siemens Healthcare s.r.o sa spýtal na orientáciu SPECT prístroja v miestnosti.*

Odpoveď na otázku č. 5: Dotaz bol vyriešený po rozhovore zástupcu firmy a vedúcou rádiologických asistenov nasledovne: kamera Siemens môže byť inštalovaná oproti pozorovaciemu okienku a kamera GE môže byť umiestnená po diagonále miestnosti.

Otázka č. 6: *Zástupca firmy Siemens Healthcare s.r.o sa dotazoval na kontakt firmy, ktorá robila prestavbu INMM BB pre ozrejmienie použitých materiálov a technológií.*

Odpoveď na otázku č. 6: Bude poskytnutý elektronicky kontakt na firmu OKBplus, a.s., ktorá prestavbu realizovala.

V Banskej Bystrici, dňa 07.06.2017

Zápis ukončený.

Zapísala: MUDr. Iveta Vinarčíková Mikšíková

